



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ufficio Acquisti, Servizi Generali e Appalti

Prot. n. 00761/mpt/ss

San Michele a/A, 04 OTT. 2011

Oggetto: Chiarimento n. 1 – rif. lotto n. 2

(Redatto dall'ufficio acquisti, servizi generali e appalti)

QUESITO n. 1 (rif. lotto n. 2):

Si chiede la possibilità di poter presentare in alternativa al Rivelatore Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) un altro modello di detector evaporativo (CAD Charged Aerosol Detector).


RISPOSTA n. 1 (rif. lotto n. 2):

A parziale integrazione della Specifica Tecnica del lotto 2 (allegato 2 al CSA) si comunica che può essere presentato, in alternativa al Rivelatore Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) un altro modello di detector evaporativo (CAD Charged Aerosol Detector) in quanto considerato assimilabile ai detector evaporativi. In ogni caso dovrà risultare conforme rispetto agli impieghi indicati nella documentazione di gara, sia all'atto della valutazione documentale che della prova pratica.

A parziale integrazione del disciplinare di gara (punto 9 – suddivisione punteggio tecnico LOTTO 2), in caso di conformità il detector evaporativo CAD (Charged Aerosol Detector) sarà valutato fino ad un massimo di 8 punti come il detector ELSD.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- dott. Fabio Calliari -



MPT

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Maria Pia Trentini - tel. 0461 615283 - mail: mariapia.trentini@iasma.it