



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Servizio Amministrativo
Ufficio Servizi generali e appalti

Prot. 00700/3

Data 03 DIC 2010

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS PURI UTILIZZATI DAI LABORATORI DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH

Chiarimento n. 1

Quesito n. 1:

Ai fini della corretta compilazione dell'allegato G (*fac-simile* offerta economica) del Disciplinare di gara, si chiedono le seguenti informazioni:

- se i costi inerenti i punti D ed E, in quanto compresi nel prezzo dei prodotti offerti, possono essere indicati pari a zero o compresi;
- se i costi indicati nel punto H sono esclusivamente di adeguamento all'impianto esistente presso la Fondazione o sono relativi anche ad un'eventuale messa a norma;
- se gli oneri indicati nel punto D corrispondono agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 500,00.

Chiarimento n. 1:

Si comunica quanto segue:

- i costi inerenti i punti D ed E, qualora compresi nel prezzo dei gas, possono essere indicati con il termine "COMPRESI NEL PREZZO DEI GAS";
- i costi indicati nel punto H si riferiscono esclusivamente all'ammontare degli oneri relativi all'eventuale acquisto e sostituzione di quegli elementi tecnici (es. raccordi, riduttori, etc...) necessari per adeguare agli standard di fornitura dell'impresa l'impianto esistente presso la Fondazione. Tali oneri vanno stimati in sede di sopralluogo;
- ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 81/2008, gli oneri indicati al punto D si riferiscono ai costi della sicurezza "aziendali", ovvero ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici, mentre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 500,00, sono relativi ai rischi interferenziali determinati dalla Stazione appaltante.

MRT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- dott. Fabio Calliari

