



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Servizio Amministrativo  
Ufficio Servizi generali e appalti

Prot. 004679/3

Data 15 LUG 2010

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA SULLA METABOLOMICA VEGETALE – Lotto n. 1 - codice CIG: 04930161AC. Lotto n. 2 - codice CIG: 04930204F8.

Chiarimenti n. 2 e n. 3.

**Chiarimento n. 2** - lotti n. 1 e n. 2:

Con riferimento alla parte di entrambe le specifiche tecniche relativa alle caratteristiche della workstation per l'acquisizione e il controllo strumentale, considerata l'attuale offerta di mercato nel settore, si precisa che la richiesta di alimentatore duale ridondato è da considerarsi un requisito non tassativo e derogabile. Sarà pertanto accettata l'offerta di altri sistemi di alimentazione della macchina.

**Chiarimento n. 3** - lotto n. 2:

Con riferimento alla specifica tecnica di cui al par. 3 a), punto n. 2 – lotto n. 2, si chiarisce quanto segue:

- l'intervallo di massa coperto dallo spettrometro dovrebbe consentire l'identificazione efficace di composti, sia per mezzo di confronto con i dati di libreria, sia sulla base del loro spettro di frammentazione;
- data la scarsità di frammenti caratteristici in corrispondenza di valori di massa in prossimità del limite inferiore dell'intervallo richiesto, si ritiene che la specifica tecnica sia sostanzialmente soddisfatta anche in presenza di spettrometri che presentino un limite inferiore più elevato ( $m/z = 10$ ) e un intervallo di scansione uguale o superiore a quello richiesto.

AP

#

IL DIRIGENTE  
- dott.ssa Roberta Galli -  
FONDAZIONE EDMUND MACH  
ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE