



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DIREZIONE GENERALE

Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali

Prot. n. 000 9627 /gg/np
(da citare nella risposta)

San Michele a/A, **17 DIC. 2018**

Pubblicata sul sito internet della FEM e caricata a SISTEMA

Oggetto: gara europea a procedura aperta (telematica) per della fornitura, installazione e avvio al funzionamento di due spettrometri NMR a servizio della Fondazione Edmund Mach.

Gara telematica n.	74463
CUP	C49H18000000001
CIG	7689720DAD

Quesito ritenuto di interesse generale e relativa risposta - n. 2.

(Redatto dalla Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali su indicazione dei progettisti)

<p>QUESITO n. 2:</p> <p>Nell'allegato E "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", a pagina 12 e in merito alla descrizione del sotto criterio di valutazione delle offerte tecniche A.3.7 "Caratteristiche probe 10 mm – risoluzione", viene precisato che:</p> <p><i>"La FEM attribuisce un coefficiente pari ad 1 (uno) all'offerta che presenta il maggiore valore di risoluzione in Hz (risoluzione 2H a metà altezza del segnale di 1% D_20)..."</i></p> <p>Poiché secondo le procedure <i>standard</i> tale <i>test</i> viene effettuato su "10% del segnale D_20" e non su "1% del segnale D_20", si chiede di verificare se si è in presenza di un refuso editoriale.</p> <p>RISPOSTA n. 2:</p> <p>Si conferma la presenza del refuso editoriale indicato.</p> <p>Pertanto nell'allegato E "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", a pagina 12 e nella parte relativa alla descrizione del sotto criterio di valutazione delle offerte tecniche A.3.7 "Caratteristiche probe 10 mm – risoluzione", la specificazione "<i>risoluzione 2H a metà altezza del segnale di 1% D_20</i>" deve intendersi sostituita da "<i>risoluzione 2H a metà altezza del segnale di 10% D_20</i>".</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l'operatore economico offerente deve quindi specificare, in relazione alla strumentazione offerta e producendo idonea documentazione a supporto, quale è il valore di risoluzione in Hz (risoluzione 2H a metà altezza del segnale di 10% D_20).</p>
--

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
fase di procedura di scelta del contraente

- dott. Fabio Colli



Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Generale
Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali
dott. Giuseppe Gubert
Tel 0461/615552
e-mail giuseppe.gubert@fmach.it

